

Warunki utrzymania gwarancji na urządzenia detekcji COMAG/ELPEG/METAG serii 3:

1. Producent gwarantuje usunięcie ukrytych wad produkcyjnych w okresie
 - a. 120 miesięcy od daty produkcji dla urządzeń detekcji COMAG/ELPEG/METAG serii 3.
 - b. 120 miesięcy od daty produkcji dla central sterujących DETCOM.3/DETCOM.3M
 - c. 36 miesięcy dla głowic pomiarowych do w/w typów urządzeń

2. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady produkcyjne w/w urządzeń usuwane będą bezpłatnie w terminie do 30 dni roboczych od dostarczenia do Producenta urządzenia wraz z
 - a. kartą gwarancyjną (jeśli została wydana)
 - b. dokumentacją potwierdzającą wykonanie przez certyfikowany serwis wymaganej kalibracji oraz przeglądów rocznych.
 - c. kopią dowodu zakupu
 - d. opisem usterki (formularz do pobrania ze strony www.sensortech.pl/serwis)
 - e. dokumentacją ew. innych interwencji technicznych

3. Nabywcy przysługuje prawo wymiany na towar wolny od wad w przypadku niemożliwości usunięcia usterki lub gdy przekroczony zostanie termin naprawy.

4. Naprawy gwarancyjne nie obejmują:
 - a. kalibracji detektorów,
 - b. regulacji, zmian w oprogramowaniu detektorów dla wersji niestandardowych,
 - c. konserwacji opisanej w Instrukcji użytkownika,
 - d. wymiany bezpieczników, baterii i innych elementów, których samodzielną wymianę przez Użytkownika definiuje Instrukcja montażu.

5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku:
 - a. uderzeń, uszkodzeń mechanicznych, termicznych i chemicznych powstałych na skutek nieadekwatnego obchodzenia się z urządzeniami,
 - b. braku okresowych czynności konserwacyjnych,
 - c. świadomego i/lub nieuprawnionego działania osób trzecich,
 - d. prowadzenia prac elektrycznych przez osoby nie posiadające stosownych uprawnień,
 - d. wyładowań atmosferycznych, pożarów powodzi lub przepięć w sieci zasilającej,
 - e. działania siły wyższej, niezależnej od Producenta.

6. Gwarancją nie są objęte również materiały eksploatacyjne, m. in. bezpieczniki, baterie, akumulatory, itp.

7. Uprawnienie gwarancyjne wygasają na skutek:
 - a. uszkodzenia plomb fabrycznych, serwisowych lub znaków, w szczególności w sposób uniemożliwiający identyfikację urządzenia,
 - b. ingerencji w wewnętrzne układy urządzenia lub wprowadzanie jakichkolwiek ich przeróbek,
 - c. braku systematycznej kontroli okresowej w interwałach czasowych zalecanych w Instrukcji montażowej,
 - d. braku systematycznej kalibracji urządzeń w interwałach zalecanych przez Producenta
 - e. kalibracji i serwisowania przez nieuprawnione podmioty i/lub nieoryginalnymi elementami zamiennymi tj. głowicami pomiarowymi, modułami komunikacyjnymi i in.
 - f. braku dokumentacji poświadczającej przeprowadzone przeglądy i kalibracje w terminach wyznaczonych przez Producenta i/lub przez serwisy inne, niż upoważnione przez Producenta.

Pieczęć Producenta	Data, podpis, pieczęć Sprzedawcy
	Niniejsze warunki gwarancji akceptuję. Data i podpis Nabywcy